

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)


เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/ราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องทางชนิดวีดีทัศน์แบบ
คมชัดสูง ภาพ ๒ มิติ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
จำนวน ๑ ใ้ศรัณ

Link ภายนอก:

๑. เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง




(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวศิริวรรณ บุญเกิด)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดคุณลักษณะ
ชุดกล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

วัตถุประสงค์





ความต้องการชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านวีดิทัศน์สำหรับส่องตรวจและรักษาโรคต่างๆ ทางด้านศัลยกรรม สำหรับการผ่าตัดผ่านทางช่องท้อง เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาหายเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยลง

1. คุณสมบัติทั่วไป


- | | |
|---|-----------------|
| 1.1 จอแสดงภาพ 4K UHD | จำนวน 1 จอ |
| 1.2 เครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสง | จำนวน 1 เครื่อง |
| 1.3 หัวกล้องรับภาพ | จำนวน 1 กล้อง |
| 1.4 เลนส์ส่องตรวจ | จำนวน 1 อัน |
| 1.5 เครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 1.6 รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์หลัก | จำนวน 1 คัน |
| 1.7 อุปกรณ์ประกอบการใช้งานอื่นๆ | |


2. คุณสมบัติเฉพาะ


- | | |
|--|-----------------|
| 2.1 จอแสดงภาพ 4K UHD | จำนวน 1 จอ |
| 2.1.1 เป็นจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 31 นิ้ว | |
| 2.1.2 จอแสดงภาพผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ Medical Monitor | |
| 2.1.3 จอแสดงภาพมีความละเอียดภาพ ไม่น้อยกว่า 3800 x2100 พิกเซล หรือดีกว่า | |
| 2.2 เครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสง | จำนวน 1 เครื่อง |
| 2.2.1 เครื่องประมวลสัญญาณภาพและเครื่องกำเนิดแสงเป็นแบบรุ่นสัมผัสหน้าจอ LCD Touch Panel | |
| 2.2.2 เครื่องประมวลสัญญาณภาพให้สัญญาณภาพแบบ HD-SDI ,DVI | |
| 2.2.3 ตัวเครื่องรองรับฟังก์ชันตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือด NBI | |
| 2.2.4 ตัวเครื่องกำเนิดแสงให้แสง เป็นแบบ LED Light source | |
| 2.2.5 ที่เครื่องมีการระบายอากาศ เป็นแบบ Forced-air Cooling | |


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........เลขานุการ

- 2.2.6 เครื่องสามารถปรับแสง ได้ไม่น้อยกว่า 17 ระดับ
 - 2.2.7 เป็นเครื่องรุ่นที่เป็น Compact System
 - 2.2.8 เครื่องสามารถเก็บบันทึกภาพชนิดไฟล์ภาพนิ่งจากหัวกล้องรับภาพได้
- 2.3 หัวกล้องรับภาพ จำนวน 1 กล้อง
- 2.3.1 หัวกล้องรับภาพสามารถรองรับระบบ NBI Function และ IR
 - 2.3.2 หัวกล้องเป็นประเภท 3CMOS image sensor หรือ CCD image sensor
 - 2.3.3 หัวกล้องมีระยะการรับภาพ อยู่ระหว่าง 16 – 31 หรือดีกว่า
 - 2.3.4 ภาพที่ได้เป็นแบบ Full High Definition
 - 2.3.5 หัวกล้องมีสวิตช์รีโมทอย่างน้อย 3 ปุ่ม สามารถปรับเลือกตั้งค่าการทำงานของสวิตช์ได้
 - 2.3.6 หัวกล้องรองรับการปรับขยายภาพ Zoom ได้
 - 2.3.7 หัวกล้องสามารถทำการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Sterrad (100S, 100NX, NX) , และแช่น้ำยา ได้เป็น อย่างน้อย
- 2.4 เลนส์ส่องตรวจ จำนวน 1 อัน
- 2.4.1 เลนส์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.
 - 2.4.2 ทิศทางการรับภาพ 30 องศา
 - 2.4.3 เลนส์สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้
- 2.5 เครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง
- 2.5.1 สามารถตั้งค่า อัตราการไหลของแก๊ส ได้ตั้งแต่ 0.1-45 ลิตรต่อนาที
 - 2.5.2 เครื่องสามารถตั้งค่าความดัน (Pressure) ได้ตั้งแต่ 3 ถึง 25 มม.ปรอท
 - 2.5.3 เครื่องสามารถเลือกโหมด Cavity mode ได้ ประกอบด้วย Mode Normal และ Mode small
 - 2.5.4 กรณีสายเกิดการอุดตัน Tube Clogging เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือน (Alarm)
- 2.6 รถเข็นสำหรับใส่อุปกรณ์หลัก จำนวน 1 คัน
- 2.6.1 สามารถวางเครื่องกำเนิดแสงและติดตั้งจอรับภาพได้
 - 2.6.2 มีล้อและสามารถล็อกล้อเพื่อไม่ให้เคลื่อนได้

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... เลขานุการ

2.7 อุปกรณ์ประกอบการใช้อื่นๆ

2.7.1	เครื่องจ่ายน้ำเข้าช่องท้อง	จำนวน 1 เครื่อง
2.7.2	สายจ่ายน้ำ ชนิด Single use	จำนวน 20 เส้น
2.7.3	สายจ่ายน้ำ ชนิด Reuse	จำนวน 1 เส้น
2.7.4	เครื่องอุ่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	จำนวน 1 เครื่อง
2.7.5	สายอุ่นแก๊ส	จำนวน 1 เส้น
2.7.6	สายจ่ายแก๊ส	จำนวน 1 เส้น
2.7.7	เลนส์ส่องตรวจ	จำนวน 1 อัน
2.7.8	ปากอุปกรณ์สำหรับคีบจับถุงน้ำดี	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.9	ปลอกอุปกรณ์สำหรับคีบจับถุงน้ำดี	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.10	ด้ามจับอุปกรณ์สำหรับคีบจับถุงน้ำดี แบบล็อกได้	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.11	ปากอุปกรณ์สำหรับคีบถ่างเนื้อเยื่อ	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.12	ปลอกอุปกรณ์สำหรับคีบถ่างเนื้อเยื่อ	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.13	ด้ามจับอุปกรณ์สำหรับคีบถ่างเนื้อเยื่อ แบบไม่ล็อก	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.14	ปากอุปกรณ์สำหรับตัดเนื้อเยื่อ	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.15	ปลอกอุปกรณ์สำหรับตัดเนื้อเยื่อ	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.16	ด้ามจับอุปกรณ์สำหรับตัดเนื้อเยื่อ แบบไม่ล็อก	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.17	ปากอุปกรณ์สำหรับคีบจับเนื้อเยื่อ ชนิด ไบโพลาร์	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.18	ปลอกอุปกรณ์สำหรับคีบจับเนื้อเยื่อ ชนิด ไบโพลาร์	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.19	ด้ามจับอุปกรณ์สำหรับคีบจับเนื้อเยื่อ ชนิด ไบโพลาร์	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.20	อุปกรณ์สำหรับช่วยจับเข็มเย็บในช่องท้องแบบโค้ง	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.21	Knot pusher	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.22	สายจี้ ชนิด โมโนโพลาร์	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.23	สายจี้ ชนิด ไบโพลาร์	จำนวน 1 ชิ้น
2.7.24	อุปกรณ์ประกอบการใช้งานอื่นๆ	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....เลขานุการ


3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1 อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนยกเว้นการทดสอบ
- 3.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 2 ปี (เฉพาะความผิดพลาดที่เกิดจากโรงงานผู้ผลิตและไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน)
- 3.3 บริษัทฯมีคู่มือการใช้งานให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ
- 3.4 กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยจะต้องได้รับการจัดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 3.5 ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข (อย.) ยื่นประกอบในวันเสนอราคา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........เลขานุการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มีชิ้นงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ ๒ มิติ
จำนวน ๑ เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ๓.วันที่กำหนดราคากลาง สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท ออลเทค อินโนเวทีฟ โซลูชั่น จำกัด
 - ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฑูเอ็นทูที คอนเน็คชั่น
 - ๔.๓ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
- ๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ที่กำหนดราคา (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นายกิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
 - ๕.๒ นายระวิน หาญมนตรี
ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ รพร.ตะพานหิน
 - ๕.๓ นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 - ๕.๔ นางกรรณิกา หมอแสง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน