

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่ผลการกำหนดราคากลางและการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์  
การพิจารณาข้อเสนอการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง  
ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร จำนวน ๑ เครื่อง

- Link ภายนอก:

๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางกอบแก้ว เรืองธรรม)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นางสาวนวนนิตย์ เสงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ตามคำสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ ๑๖๓๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายการ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าวข้างต้น เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. ราคากลาง กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดีจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยมีแหล่งที่มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง แบบ บก.๐๖ จำนวน ๑ แผ่น

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๒ แผ่น

รายละเอียดที่แนบ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ถือปฏิบัติตามนัยมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

๓. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติ

๑. ราคากลาง

๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าว

๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ด้วยเกณฑ์ราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางกรรณิกา หมอแสง)

เจ้าหน้าที่

นางกอบแก้ว เรืองธรรม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ

(นายพนม ปทุมสูติ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางฉันทนา วิมลจิตต์)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นางกรรณิกา หมอแสง)

เลขานุการ

อนุมัติ

(นายวิเศษ อภิสิทธิ์วิทยา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

๒๖/๘/๖๗

นางเสาวลักษณ์ พงวรรณนท์

ผู้ตรวจสอบภายใน


(นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)


หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป


๒๖/๘/๖๗


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิทัล  
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

1. **ความต้องการ** เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องขยายรูม่านตาพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์
2. **วัตถุประสงค์การใช้งาน** เพื่อใช้เป็นเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา ในการตรวจดูความผิดปกติของจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน มีระบบการจัดเก็บประมวลผลแบบอัตโนมัติ
3. **คุณลักษณะทั่วไป** เป็นเครื่องตรวจจอประสาทตาแบบดิจิทัล ชนิด Non-mydriatic
4. **คุณสมบัติทางเทคนิค**
  - 4.1 ชนิด Non-mydriatic fundus camera แบบไม่ต้องขยายรูม่านตา หรือมีโหมดการถ่ายภาพแบบ Color, Red-Free, Blue, Red, External Eye โดยใช้ White LED
  - 4.2 มีมุมในการถ่ายภาพไม่น้อยกว่า 45 องศา (Angle of view)
  - 4.3 สามารถถ่ายภาพคนไข้ที่มีม่านตาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 4.0 มิลลิเมตร หรือดีกว่า
  - 4.4 กล้องมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 Megapixel แบบสี Color ขึ้นไป
  - 4.5 มีไฟล่อเป้าให้คนไข้มองที่ตำแหน่ง (Internal fixation target)
  - 4.6 มีระบบปรับภาพ และการถ่ายภาพอัตโนมัติ Auto Focus & Auto Shooting
  - 4.7 มีระบบชดเชยค่าสายตาของผู้ป่วยได้ระหว่าง -31 ไดออปเตอร์ ถึง +33 ไดออปเตอร์
  - 4.8 มี Flash light ชนิดแสงขาว ปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า 7 ระดับ หรือการปรับแสงได้โดยอัตโนมัติ
  - 4.9 มีระยะในการทำงานได้ตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร หรือ 33 มิลลิเมตร หรือ 35 มิลลิเมตร
  - 4.10 มีหน้าจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว แบบสี Color
  - 4.11 มีระบบปัญญาประดิษฐ์ สามารถรายงานค่าต่างๆ ที่สำคัญในการวิเคราะห์โรค (DIB Box) ดังนี้
    - 4.11.1 ระดับความรุนแรง (Disease Severity level) ของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (DR Classification) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Retinopathy level) คือ
      - 4.11.1.1 No DR : ไม่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
      - 4.11.1.2 Mild NPDR : มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ชนิดไม่ลุกลาม ระดับความรุนแรงน้อย
      - 4.11.1.3 Moderate NPDR : มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ชนิดไม่ลุกลาม ระดับ ความรุนแรงปานกลาง
      - 4.11.1.4 Severe NPDR : มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ชนิดไม่ลุกลาม ระดับ ความรุนแรงมาก

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายพนม ปทุมสูติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางฉันทนา วิมลจิตต์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นส.บุญช่วย จุลบุตร)

ลงชื่อ..........เลขานุการ  
(นางกรรณิกา หอมแสง)


- 4.11.1.5 PDR : มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ชนิดลูกกลม  
4.11.2 การแสดงแผนที่จอตรอยโรคชนิดต่างๆ ของโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ได้อย่าง  
น้อย 4 รอยโรค


5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน


- |      |   |             |
|------|---|-------------|
| 5.1  | เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา  | จำนวน 1 ชุด |
| 5.2  | เครื่องวิเคราะห์โรคทางจอประสาทตาด้วยระบบอัตโนมัติ<br>แบบปัญญาประดิษฐ์ | จำนวน 1 ชุด |
| 5.3  | คอมพิวเตอร์ Notebook และเมาส์   | จำนวน 1 ชุด |
| 5.4  | โต๊ะรองเครื่องปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้า                                   | จำนวน 1 ตัว |
| 5.5  | เก้าอี้สำหรับผู้ตรวจ  | จำนวน 1 ตัว |
| 5.6  | เก้าอี้สำหรับคนไข้  | จำนวน 1 ตัว |
| 5.7  | เครื่อง STABILIZER ขนาด 1000 VA                                       | จำนวน 1 ตัว |
| 5.8  | ปลั๊กพ่วง   | จำนวน 1 อัน |
| 5.9  | กล่องสำหรับใส่เครื่องไว้ออกหน่วย                                      | จำนวน 1 อัน |
| 5.10 | Reader ID Gard  | จำนวน 1 อัน |
| 5.11 | มีที่ถ่างตาแบบ Barraquer Wire Speculum 10.0mm a1 medical              | จำนวน 1ชุด  |


6 เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6.2 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างละ 1 ชุด
- 6.3 ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำ  
เครื่องหมายและลงหมายเลขให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ
- 6.4 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย  
ในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 6.5 ผู้ขายจะต้องฝึกสอนการใช้งานและการซ่อมบำรุงให้กับผู้ใช้ และช่างของทาง  
โรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้จริง
- 6.6 ในระยะประกันหากเครื่องมือมีการชำรุด จะต้องเข้าดำเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน  
หลังจากได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
- 6.7 ในกรณีที่เครื่องหรืออุปกรณ์มีการชำรุด และผู้เสนอราคาไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน  
30 วัน ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาเครื่องและอุปกรณ์สำรองให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
(นายพนม ปทุมสุติ)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางฉันทนา วิมลจิตต์)

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นส.บุญช่วย จุลบุตร)

ลงชื่อ..........เลขานุการ  
(นางกรรณิกา หอมแสง)